

Toprak reaksiyonunun ölçülmesi için pH metrenin açma/kapama tuşuna basılarak alet açılır. Alet üzerindeki MODE tuşu ile EC moduna gelinir.

4-24 saat bekletilmiş olan saturasyon çamuru haline getirilmiş toprak örneği spatül yardımıyla karıştırılır.

Toprak iletkenlik probu çamurun içine yeterince daldırılarak doğrudan toprak tuzluluğunun okuması yapılır ve aletin ekranında görülen değer kaydedilir.

Okuma bittikten sonra proba yapışan çamur bir piset ve saf su yardımıyla iyice yıkanmalı ve peçete ya da kurutma kağıdı ile kurutulmalıdır.

pH metrenin kapama tuşuna basılarak alet kapatılmalıdır.

Hazırlayan

Uzman Gamze BAKIR GÜVEN

Yürürlük Onayı

Uzman Dr. Murat ÇINARLI

Kalite Sistem Onayı

Prof. Dr. Mustafa KURT